

CERTIFICAT

NF 227 Ethylo testers

NF 227 Alcohol testers



Délivré à / *granted to*
OBJECTIF PREVENTION

7, rue la Micardière
FRANCE 50530 SARTILLY

Pour les produits suivants / For the following products
ETHYLOTTESTS ELECTRONIQUES PORTATIFS ETHYWAY V2

Electronical Wearables breath testers ETHYWAY V2

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

Skyfine Inc.
CHN

Numéro d'identification :
14/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 16280 : 2012

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 16280 : 2012

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



Date de début de validité 14 février 2018
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 33987 révision 0

Etabli à Paris le
14 février 2018



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37

E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

ANNEXE AU CERTIFICAT N°33987 Rev. 0
APPENDIX

Produit	Type	Référence
Ethylotests Electroniques Portatifs <i>Electronical Wearables Breath testers</i>	NF EN 16280	ETHYWAY V2 (*)

- (*) **Mode d'affichage 1** : affichage jusqu'au seuil contraventionnel de 0.25 mg/L
Mode d'affichage 2 : dans le cadre d'une utilisation particulière, affichage jusqu'à 0.49 mg/L

- FIN DE LISTE -